



SZPITAL
w Dąbrowie
Tarnowskiej

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

**Otrzymują firmy zainteresowane
udziałem w rozeznaniu cenowym**

Nasz Znak ZOZ.XI/0711/13/18

Dąbrowa Tarnowska 23.11.2018r.

Dotyczy : Zapytania do rozeznania cenowego nr 3/11/18 pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”

W związku z zapytaniem firmy, która zgłosiła swój udział w/w rozeznaniu cenowym Zamawiający informuje co następuje:

Treść pytania nr 1 - Dotyczy: Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o znacznie wyższych niż pierwotnie wymaganych parametrach.

Parametry techniczne

- źródło światła 94 diody LED
- pobór mocy 80W
- wymiary oprawy 636mm x 496mm grubość 44mm
- plama świetlna dla odległości 100cm /23 – 40cm/
- max natężenie światła przy odległości 100cm /160 000lux/
- regulacja natężenia światła 5-100%
- dodatkowe oświetlenie endoskopowe
- regulacja temperatury barwowej regulowana w zakresie 3800 do 4800K
- wgłębność oświetlenia 120cm
- obrót ramienia głównego wokół osi lampy nx360 stopni
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania 700 – 1400mm
- żywotność led 50 000h
- współczynnik odwzorowania barw Ra=93
- płynna regulacja jasności
- optymalna wysokość montażowa 290cm
- panel sterujący przy czaszy lampy
- lampa sufitowa

Parametry ogólne oraz pozostałe wymogi zgodnie z pierwotnym opisem Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Termin składania ofert ulega przesunięciu do dnia 27.11.2018r. do godz. 12.00.

Z poważaniem
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
Władysław Weryński
lek. Waldemar Weryński